

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ตู้ป้องกันเสียงรบกวน) จำนวน ๑ ตู้
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 เป็นเงิน ๔๘๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๔.๑ สืบราคาจากผู้ขายตามท้องตลาด จำนวน ๓ ราย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๕.๑ นางสาวเดือนเพ็ญ บุญเปรม ประธานกรรมการ
 ๕.๒ นางสาวสุกัญญา เทียงคำดี กรรมการ
 ๕.๓ นางฐิติกาญจน์ ทองคำ กรรมการ

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ตู้ป้องกันเสียงรบกวน)

๑. ความต้องการ

ตู้ป้องกันเสียงรบกวน

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของหู เพื่อคัดกรองผลกระทบเสียงดังจากการประกอบอาชีพของผู้รับบริการ

๓. คุณลักษณะทางเทคนิค

๓.๑ ภายในตู้ตรวจการได้ยินมีระดับเสียงสูงสุดที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน ANSI S๓.๑-๑๙๙๙ โดยมีระดับเสียงภายในตู้แยกตามความถี่ดังนี้

ความถี่(HZ)	๕๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๘,๐๐๐
ระดับเสียงสูงสุดที่ยอมรับได้ (dB)	๒๑	๒๖	๓๔	๓๗	๓๗

๓.๒ ขนาดตู้ตรวจมีขนาด กว้าง x ยาว x ลึก ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ x ๑๓๕ x ๒๑๕ ซม.

๓.๓ มีระบบถ่ายเทอากาศภายในตู้ และมีระบบแสงสว่างภายใน

๓.๔ มีหน้าต่างเพื่อให้ผู้ทำการตรวจมองเห็นผู้รับการตรวจภายในตู้โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๕๔ ซม.

๓.๕ มีช่องเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ๕jacks พร้อมบริการติดตั้งเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

๓.๖ ภายในตู้ตรวจการได้ยินสามารถทำความสะอาดได้

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ รับประกันคุณภาพตู้ระยะเวลา ๑ ปี

๔.๓ บริการสอบเทียบระดับเสียงสูงสุดภายในตู้ตรวจการได้ยินตามมาตรฐานข้อ ๓ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ๑ ปี

๔.๔ บริการเคลื่อนย้ายพร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ภายในตู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระยะเวลา ๒ ปี

๔.๕ มีบริการหลังการขาย เช่น ช่อมบำรุงตู้ อุปกรณ์ที่ใช้กับตู้ตรวจการได้ยินชำรุด