

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ชื่อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๘๘๕,๗๕๐.- บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
 ๑. BSS PLUS SOL 500 ML จำนวน ๒๕๐ ขวด ๆ ละ ๙๕๐.- บาท
 ๒. VISCOAT 0.75 ML จำนวน ๘๐ กล่อง ๆ ละ ๒,๒๔๗.- บาท
 ๓. INFINITI MULTIPAK FMS BASIC จำนวน ๗๐ กล่อง ๆ ละ ๑๓,๔๘๒.- บาท
 ๔. INFINITI MP BASIC PROCE POUCH 6 จำนวน ๒๕๐ กล่อง ๆ ละ ๒,๕๖๘.- บาท
 ๕. IAL-F 20 mg. ขนาดบรรจุ 1.1 ml. จำนวน ๕๐๐ หลอด ๆ ละ ๑,๗๖๕.๕๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒,๘๘๕,๗๕๐.- บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด ภายใน ๒ ปีงบประมาณ

 - ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
 - ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายอริย์ชัย เอี่ยมอุดมสุข	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางชนัดต ภัทธานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.๓ นางประนอม ปัญญาหลัก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕.๔ นางสาวรุ้งศรีเรือน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๕.๕ นางสาววิไลพร สายน้ำเย็น	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

๑. BSS PLUS SOL ๕๐๐ ML

เป็น Intraocular Irrigating Solution ระหว่างการผ่าตัดทางจักษุ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : เป็นน้ำยาปราศจากเชื้อ 480 ml. บรรจุในขวดสำหรับใช้ครั้งเดียวทั้งขนาด 500 ml. น้ำยาส่วนที่

๑ (Part I) ๑ ml. มี Sodium Chloride ๗.๔๔ mg., Potassium Chloride ๐.๓๙๕ mg., Dried Sodium Phosphate ๐.๔๓๓ mg., Sodium Bicarbonate ๒.๑๙ mg., Hydrochloric acid และ / หรือ Sodium Hydroxide (ปรับ pH) ใน water for injection

ส่วนที่ ๒ : ส่วนที่สองเป็นน้ำยาเข้มข้นปราศจากเชื้อ บรรจุใน vial ใช้ครั้งเดียวขนาด ๒๐ ml. สำหรับผสมกับส่วนที่ ๑ (Part I ขนาด ๔๘๐ ml.) ใน ๑ ml. ของน้ำยาส่วนที่ ๒ (Part II) ประกอบด้วย Calcium Chloride Dihydrate ๓.๘๕ mg., Magnesium Chloride Hexahydrate ๕ mg., Dextrose ๒๓ mg., Glutathione Disulfide (oxidized Glutathione) ๔.๖ mg., ใน water for injection โดยใช้ น้ำยาส่วนที่ ๒ ผสมลงในขวดน้ำยาส่วนที่ ๑

๒. VISCOAT ๐.๗๕ ML

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสารหนืดสำหรับผ่าตัดต้อกระจก
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ชุดสารละลายปราศจากเชื้อใสไม่มีสี สำหรับฉีด intra-ocular
๓. ส่วนประกอบประกอบด้วย SODIUM CHONDROITIN SULFATE ความเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากับ ๔% และ SODIUM HYALURONATE มากกว่าหรือเท่ากับ ๓% ซึ่งมีปริมาตรอย่างน้อย ๐.๕ ml
๔. บรรจุอยู่ในหลอดสำหรับฉีด และมี cannula สำหรับฉีด
๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี COATABILITY ที่ดี และสามารถป้องกัน CORNEAL ENDOTHELIUM และรักษาความลึกของ ANTERIOR CHAMBER ตลอดกระบวนการผ่าตัด
๖. ฉลาก ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบที่สำคัญ ความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุและเลขที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์
๗. อายุของผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ

๓. INFINITI MULTIPAK FMS BASIC

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นตลับควบคุมน้ำเข้าออกจากลูกตา ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก รุ่น INFINITI
๒. สามารถใช้ผ่าตัดต้อกระจกได้สูงสุด ๑๒ รายต่อวันต่อตลับ โดยมีสายน้ำเข้าออกให้ ๑ ชุด พร้อมตลับ
๓. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๔. กล่องบรรจุ ๖ ชิ้นต่อกล่อง

/๔. INFINITI...

๔. INFINITI MP BASIC PROCE

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นชุดสายน้ำเข้าออกจากลูกตา ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก รุ่น INFINITI
๒. สายทั้งสองใช้ต่อเข้ากับด้ามสลายต้อกระจก ในการทำการผ่าตัดต้อกระจก
๓. การใช้งาน ๑ ชุดต่อ ๑ คนไข้
๔. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
๕. กล่องบรรจุ ๖ ชุด ต่อกล่อง

๕. IAL-F 20 mg. ขนาดบรรจุ 1.1 ml.

คุณสมบัติทั่วไป

- กล่อง ประกอบด้วยกระบอกฉีดยาพร้อมฉีดปริมาตร ๑.๑ มิลลิลิตร และเข็มขนาด ๒๗ G
- เป็นสารละลาย ๑.๘% ของโซเดียม ไฮยาลูโรเนท

คุณสมบัติเฉพาะ

กระบอกฉีดยาพร้อมฉีดบรรจุสารละลายชั้นหนืดใส ปราศจากอนุภาคที่มองเห็นด้วยตาเปล่า

- การวิเคราะห์ด้านกายภาพและด้านเคมี

ค่าความเป็นกรด - ด่าง : ๖.๘ - ๗.๕

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของส่วนประกอบสำคัญ : ถูกต้อง

ปริมาณเกลือโซเดียมของกรดไฮยาลูโรนิค : ปริมาณที่มีอยู่จริงของ $(C_{14}H_{20}N NaO_{11})_n / ๑.๑$ มิลลิลิตร

ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเมื่อเทียบกับปริมาณที่แจ้งไว้บนฉลาก (%L.A.) มีค่าระหว่าง ๙๐.๐ - ๑๑๐.๐%

ปริมาณโซเดียม คลอไรด์ : ๘.๙ - ๙.๘ มิลลิกรัม/๑.๑ มิลลิลิตร

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟอสเฟต : ถูกต้อง

ปริมาตรสกัดได้ : ๑.๑๐ - ๑.๒๕ มิลลิลิตร

ความหนืดพลศาสตร์ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส และ $D = ๗๐$ วินาที^๑ : ≥ ๑๐๐๐ มิลลิปาสคาล :

วินาที

ออสโมลาริตี : ๒๕๐ - ๓๕๐ มิลลิออสโมล/ลิตร

- การวิเคราะห์ด้านชีวภาพ

ความปราศจากเชื้อ : ตรงตามการทดสอบของเภสัชตำรับยุโรป ทดสอบโดยใช้ตัวแทนผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒๐ หลอด วิเคราะห์ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่แตกต่างกัน ๒ ชนิด

สารก่อไข่ : ตรงตามการทดสอบของเภสัชตำรับยุโรปทดสอบโดยการฉีดสารละลายของผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มีจำนวนสารสำคัญเท่ากับ ๕ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ของน้ำหนักตัวสัตว์ทดลอง

ความทนต่อยาในลูกนัยน์ตากระต่าย : ตรงตามการทดสอบ ทดสอบโดยใช้สารละลาย ๐.๒ มิลลิลิตร ต่อ กระต่าย ๑ ตัว

/เงื่อนไขเฉพาะ...

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. การส่งมอบจากบริษัทผู้ขายต้องบรรจุหีบห่อให้มิดชิด เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่บุบสลายก่อนนำส่ง และผู้ขายต้องจัดส่งตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
๒. เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ทุกรายการต้องระบุ Lot ที่ผลิต ปีที่ผลิต และวันหมดอายุ
๓. เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นของแท้และใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๔. รับประกันคุณภาพหากมีการชำรุดเสียหายระหว่างการส่งมอบ ผู้ขายต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ตามจำนวนที่เสียหาย โดยมีหนังสือยืนยันการรับประกันมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา
๕. วันหมดอายุต้องไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
๖. มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตและยื่นมาในวันเสนอราคา