



ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย
เรื่อง สอบราคาซื้อตู้เย็นธนาคารเลือด

สถาบันราชประชาสมาสัย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตู้เย็นธนาคารเลือด จำนวน ๑ ตู้ ตามรายการดังนี้

- ตู้เย็นธนาคารเลือด จำนวน ๑ ตู้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

(๒) ไม่เป็นผู้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

(๓) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ซื้อได้รับเอกสารได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

(๔) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้กับกรมควบคุมโรค ณ วันประกาศเผยแพร่เอกสารสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

(๕) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)

(๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับกรมควบคุมโรคให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาท) สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อ กรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยงานพัสดุ สถาบันราชประชาสมาสัย ๑๕ หมู่ ๗ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ หน่วยงานพัสดุ สถาบันราชประชาสมาสัย ๑๕ หมู่ ๗ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. คู่มือรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.thaileprosy.org> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๘๖๘๑๕๓ ต่อ ๒๑๙ ในวันและเวลาราชการ

การขอรับเอกสารต้องแสดงหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนา ภ.พ. ๒๐ หรือเอกสารที่แสดงเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้ขอรับเอกสารมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายอาจินต์ ชลพันธุ์)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ซื้อตู้เย็นธนาคารเลือด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ สืบราคาจากผู้ประกอบกิจการหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ต้องการจัดหา
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๕.๑ นายสุทธิศักดิ์ งามวชิราพร ประธานกรรมการ
- ๕.๒ นายเกียรติ ชุมคันติ กรรมการ
- ๕.๓ นายอภิรักษ์ ทองน้ำ กรรมการ

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการ
สืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตู้เย็นธนาคารเลือด

๑. ความต้องการ

ตู้เย็นชนิดที่ใช้ในธนาคารเลือด มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เก็บถุงเลือดในหน่วยงานธนาคารเลือด

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นตู้เย็นที่ใช้ในธนาคารเลือดมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

๓.๒ ตัวตู้เป็นชนิดตู้ตั้งพื้น มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้และมีระบบล็อกล้อ

๓.๓ ใช้สารทำความเย็นชนิด R ๑๓๔ a

๓.๔ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๑ เฟส ๕๐ เฮิร์ต

๓.๕ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ,ประเทศในยุโรป หรือประเทศในเอเชีย

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ตัวตู้ภายนอกทำจากโลหะปลอดสนิมหรือทำให้ปลอดสนิม เช่น เหล็กเคลือบหรืออบสี ภายในทำจากโลหะปลอดสนิม Stainless steel เบอร์ ๓๐๔ หรือดีกว่า ระหว่างผิวโลหะด้านนอกและด้านในมีฉนวนกันความร้อน ทำจากโพลียูเรเทนชนิดไร้สาร CFC

๔.๒ มีชั้นสำหรับวางถุงเลือดภายใน ทำจากโลหะปลอดสนิมหรือทำให้ปลอดสนิม สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ

๔.๓ สามารถเก็บถุงเลือดขนาด ๔๕๐ ml ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ถุง

๔.๔ ประตูตู้เป็นแบบกระจก ๒ ชั้น กรอบเป็นวัสดุชนิดเดียวกับตัวตู้ สามารถมองเห็นด้านในได้ ผ่านขอบหน้าต่างเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำเกาะที่ผิวกระจกด้านนอก และมีระบบล็อกประตูด้วยกุญแจ

๔.๕ ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอล อ่านค่าความละเอียดได้ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วงอุณหภูมิใช้งานที่ ๒-๘ องศาเซลเซียส โดยขณะใช้งานปกติสามารถตั้งค่าอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 4 ± 1 องศาเซลเซียส

๔.๖ มีแบตเตอรี่สำรองเลี้ยงหน้าจอแสดงสถานะได้ ๔๘ ชั่วโมง

๔.๗ การแสดงค่าอุณหภูมิในตู้เป็นแบบตัวเลขอ่านชัดเจน ความละเอียดในการอ่านและตั้งค่า ไม่เกิน ๐.๑ องศาเซลเซียส

๔.๘ ตัวตู้มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) $460 \times 370 \times 450$ มิลลิเมตร และมีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) $560 \times 470 \times 530$ มิลลิเมตร

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายสุทธิศักดิ์ จามวชิราพร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติ ชุมคันติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ ทองนำ)

๔.๙ มีระบบความปลอดภัย โดยตัวตู้จะมีระบบเตือนด้วยเสียงและแสง ดังนี้

- เมื่อประตูเปิดค้างไว้ (Door opening alarm)
- เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าหรือสูงเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้ (Higher and lower temperature alarm)
- เมื่อระบบเซ็นเซอร์ผิดปกติ (sensor malfunction alarm)
- เมื่อกระแสไฟฟ้าตก (Power Failure Alarm)

๔.๑๐ ตัวเครื่องทำความเย็นเป็นระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ (AUTOMATIC DEFROST)

๔.๑๑ มีความดังไม่เกิน ๔๕ เดซิเบล

๔.๑๒ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตู้โดยใช้หลอดแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ และมีสวิตช์ควบคุม อยู่ด้านนอกตู้

๔.๑๓ สามารถใช้งานที่อุณหภูมิห้อง ๓๘ องศาเซลเซียสได้

๕. เงื่อนไข

๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยจะต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๕.๒ ตัวเครื่องผลิตตามมาตรฐาน AABB, DIN๕๘๓๗๑, BIS๕๓๗๖-๑

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการ แต่งตั้ง โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดง


๕.๕ บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO๙๐๐๑, ISO๑๔๐๐๑ และ ISO๑๓๔๘๕


๕.๖ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตการใช้งานมาก่อน


๕.๗ ผู้ขายจะต้องรับประกัน ตัวตู้ วัสดุอุปกรณ์ประกอบทุกอย่างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕.๘ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๒ ชุด

๕.๙ มีคู่มือการใช้งานและการปรับตั้งอุณหภูมิของชุดควบคุมอุณหภูมิ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๒ ชุด

ลงชื่อ  ประธาน
(นายสุทธศักดิ์ จามวชิราพร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกิริติ ชุมตันติ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิรักษ์ ทองนำ)