

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ ประจำปี ๒๕๖๐
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑๘๘,๘๕๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๘๘,๘๕๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๕.๑ นายแพทย์ธนา สุตังคานู | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นายสมเกียรติ มหาอุดมพร | กรรมการ |
| ๕.๓ นางสาวแสง นะรินรัมย์ | กรรมการ |

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง

บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ รุ่น Multix TOP ACSS แบบไม่รวมอะไหล่

๑. รายการเครื่องที่จะให้การบำรุงรักษา

๑.๑ Multix TOP ACSS จำนวน ๑ เครื่อง

๒. การให้บริการบริการมีดังต่อไปนี้

๒.๑.การให้บริการดูแลและบำรุงรักษา

๒.๑.๑ ตรวจสอบการทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์

๒.๑.๒ ตรวจสอบระบบจ่ายไฟภายในเครื่องทั้งหมด

๒.๑.๓ ตรวจสอบชุดควบคุมการทำงานของหลอดเอกซเรย์

๒.๑.๔ ตรวจสอบชุดควบคุมการทำงานของ Collimator

๒.๑.๕ ตรวจสอบการทำงานของวงจรถ่ายเอกซเรย์อัตโนมัติ

๒.๑.๖ ทำความสะอาดภายในเครื่อง

๒.๑.๗ ตรวจสอบการทำงานระบบเบรกทั้งหมด

๒.๑.๘ ให้การหล่อลื่นโซ่, เฟือง และตลับลูกปืนต่างๆ

๒.๑.๙ ตรวจสอบน็อต, สกรู, ตัวล๊อคต่างๆ พร้อมแก้ไขเมื่อหลุดหลวม

๒.๑.๑๐ ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบ Siemens Remote Service (SRS) กับ ตัวเครื่อง (ถ้ามี)

๒.๒.การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

๒.๒.๑ ตรวจสอบโครงแขวนหลอดเอกซเรย์และจุดยึดต่างๆ

๒.๒.๒ ตรวจสอบสายไฟแรงสูง

๒.๒.๓ ตรวจสอบสายดิน

๒.๒.๔ ให้บริการ Safety Update ฟรีเฉพาะส่วนที่โรงงานกำหนดและมีเอกสารยืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

๒.๓.การตรวจสอบคุณภาพ

๒.๓.๑ ให้บริการ Modification, up-date software โดยไม่คิดมูลค่าเฉพาะส่วนที่โรงงานกำหนด ทั้งนี้ ยกเว้นการ Upgrade อุปกรณ์ทุกชนิด ทั้ง Hardware และ Software

๒.๓.๒ ตรวจสอบปรับกระแสหลอดเอกซเรย์ให้ได้ค่าตามมาตรฐาน

๒.๓.๓ ตรวจสอบปรับค่าแรงดันไฟฟ้าแรงสูงของหลอดเอกซเรย์ให้ได้ค่ามาตรฐาน

๒.๓.๔ ตรวจสอบปรับแสงไฟ Collimator ให้ตรงกับแสงเอกซเรย์

๒.๔.การบริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่

๒.๔.๑ ให้บริการซ่อม วันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา ๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์และทุกครั้งที่ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจัดส่งช่างมาโดยเร็วที่สุด

๓. ให้บริการตรวจสอบบำรุงรักษาตามปกติทุก ๓ เดือนต่อครั้ง ในวันและเวลาทำงานปกติคือ วันจันทร์ -

วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๔. สัญญามีระยะเวลา ๙ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ มกราคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐

๕. การจัดเก็บค่าบริการคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๘,๘๕๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ราคานี้ได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้วโดยแบ่งชำระเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑. มกราคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๖,๐๙๗.๐๐ บาท

งวดที่ ๒. เมษายน ๒๕๖๐ - มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๖,๐๙๗.๐๐ บาท

งวดที่ ๓. กรกฎาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๖,๐๙๗.๐๐ บาท

๖. ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชอบ...../๒

๖. ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชอบ กรณีที่เครื่องที่อยู่ภายใต้การบำรุงรักษาของสัญญาฉบับนี้มีความชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากความบกพร่องในการให้บริการตามสัญญานี้หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการให้บริการโดยผู้รับจ้าง และตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างได้รับอันเนื่องมาจากการดังกล่าวทั้งสิ้นในวงเงินไม่เกินมูลค่าของอัตราค่าบริการของสัญญาจ้าง อันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง ทนายความ การตีความ ทวงตามหนี้สิน
๗. สิทธิการบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่โรงพยาบาลยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ตามสัญญานี้ หรือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใหม่มาทดแทน โรงพยาบาลจะแจ้งบอกเลิกสัญญาโดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน