

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องห้ามโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) –บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ สืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย ตามท้องตลาด จำนวน ๒ ราย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - นางบรรเจิด สิววรรณภาโส ประธานกรรมการ
 - นางพานทิพย์ ร่มโพธิ์ตาล กรรมการ
 - นางกิ่งฟ้า มูลสถาน กรรมการ

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับรัดแขน ขา เพื่อห้ามเลือดในขณะที่ทำการผ่าตัด

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ เป็นเครื่องรัดห้ามเลือด โดยใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ เอ.ซี เป็นแหล่งพลังงาน ตัวเครื่องจะควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์

๒.๒ จอมอนิเตอร์เป็นแบบระบบสัมผัส (Touch Screen) ซึ่งแสดงความดันและเวลาที่มองเห็นได้ชัดเจน

๒.๓ สามารถตั้งเวลาที่ต้องการรัดห้ามเลือดได้ตั้งแต่ ๑-๒๔๐ นาที

๒.๔ สามารถตั้งความดันที่ต้องการรัดห้ามเลือดได้ตั้งแต่ ๕๐-๖๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๒.๕ มีสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพที่มองเห็นได้ และเชื่อมต่อเป็นแบบกวดไม่ต่อพ่วงเกลียว

๒.๖ สามารถใช้กับแถบรัดห้ามเลือด ๒ อัน พร้อมกัน โดยที่ใช้แรงดันต่างกันได้

๒.๗ มีระบบแบตเตอรี่สำรองในตัวเครื่องไว้ใช้งานถึง ๓๖๐ นาที หลังจากชาร์ตไฟเต็ม

๒.๘ มีเทคโนโลยี LOP ที่สามารถคำนวณและแสดงค่าความดัน ที่จะใช้รัดห้ามเลือดในผู้ป่วยแต่ละคนได้

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ ตัวเครื่องรัดห้ามเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๒ สายต่อจากเครื่องรัดห้ามเลือด เพื่อต่อเข้ากับแถบรัดห้ามเลือด จำนวน ๒ เส้น

๓.๓ ขาตั้งเครื่อง จำนวน ๑ ชั้น

๓.๔ ตะกร้าใส่แถบรัดห้ามเลือด จำนวน ๑ ชั้น

๓.๕ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี (นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสินค้าครบถ้วน)