

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๓๘๓,๒๙๕.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓๘๓,๒๙๕.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ราคาจากการราคาที่เคยซื้อครั้งล่าสุด ภายใน ๒ ปี งบประมาณ ตามใบสั่งซื้อ ดังนี้
 - ๔.๑.๑ ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง
-ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๒๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 - ๔.๑.๒ ถุงมือผ่าตัดสเตอร์ไรด์ แบบชนิดไม่มีแป้ง
-บริษัท รีโซลิค จำกัด เสนอราคา ๑๙๘,๗๒๐.- บาท
-บริษัท เมตติกา จำกัด เสนอราคา ๓๓๘,๕๐๐.- บาท
-บริษัท พี เอส เมดิคอล จำกัด เสนอราคา ๒๓๑,๑๒๐.- บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นางสาวดารณี สิงห์สุนัย ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางเพลินพิศ มินิล กรรมการ
 - ๕.๓ นางกิงฟ้า มูลสถาน กรรมการ

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือ
ได้มาจากการสืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทางการแพทย์
ถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้แล้วทิ้ง
.....

๑. ความต้องการ

๑. ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด XS จำนวน ๕๐๐ กล่อง
๒. ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด S จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง
๓. ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด M จำนวน ๕๐๐ กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ถุงมือแต่ละข้างไม่ฉีกขาดง่าย ไม่มีรูรั่วซึมเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว
- ๓.๒ ต้องปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น พองอากาศ, สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
- ๓.๓ สามารถใส่ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
- ๓.๔ ขนาดถุงมือที่ต้องการ XS, S, M
- ๓.๕ ถุงมือแต่ละชิ้น ต้องคลุกด้วยแป้ง ชนิดไม่เป็นอันตรายต่อการดูซึมของเนื้อเยื่อและมีปริมาณพอเพื่อให้ผิวหนังในเส้นสะดวงในการสวมใส่ โดยไม่เหลือตกค้างในถุงมือ
- ๓.๖ ความยาวของถุงมือสามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วได้พอดี
- ๓.๗ ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. หรือมาตรฐาน ออย. โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่น

ซอง

มิดชิด

- ๓.๘ บรรจุในกล่องกระดาษทึบแสง ทนต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในภาวะปกติ และปิดผนึก

- ๓.๙ กล่องที่บรรจุแต่ละกล่องอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดให้เห็นชัดเจน ดังนี้

- คำว่า “ถุงมือสำหรับการตรวจโรค”
- ขนาดแสดงเป็นตัวอักษร XS, S, M
- จำนวนบรรจุ
- เดือน ปี ที่ผลิตและรหัสรุ่นที่ผลิต
- ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- เครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) หรือมาตรฐาน ออย.
- ส่งมอบขนาด และจำนวนตามความต้องการของโรงพยาบาล ในแต่ละงวด

- ๓.๑๐ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ต้องผ่านการประเมินผลการใช้งานจากสถาบันราชประชาสมาสัย
- ๔.๒ อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
- ๔.๓ ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทางการแพทย์
ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ แบบชนิดไม่มีแป้ง

.....

๑. ความต้องการ

๑. ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๖	จำนวน ๑,๒๐๐ คู่
๒. ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๖.๕	จำนวน ๔,๐๐๐ คู่
๓. ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๗	จำนวน ๔,๐๐๐ คู่
๔. ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๗.๕	จำนวน ๔,๐๐๐ คู่
๕. ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๘	จำนวน ๑,๒๐๐ คู่

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นถุงมือยางออกแบบใช้สำหรับงานผ่าตัด ทำจากยางธรรมชาติ มีความยาววัดจากปลายนิ้วกลางถึงขอบถุงมือ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ มม. รูปแบบสามารถเข้าได้กับมือทั้งชายและขวา
๒. ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือ ข้างขวา (R) และเป็นขนาดมาตรฐาน
๓. ถุงมือทุกคู่มีคุณลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่เลื่อนหลุด
๔. ถุงมือมีสัญลักษณ์บอกขนาด (๖) (๖.๕) (๗) (๗.๕) (๘)
๕. ถุงมือบรรจุในซองเดี่ยว ซองละ ๑ คู่ ผ่านการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อ
๖. เนื้อยางมีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน
๗. ซองที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด
๘. ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
๙. เป็นถุงมือชนิดไม่มีแป้งถุงมือที่ผลิตโดยไม่ใช้ผงแป้งเคลือบ
๑๐. มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อใช้หยิบจับอวัยวะหรือเครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้ โดยไม่ลื่นหลุดในขณะมีความเปียก
๑๑. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป
๑๒. ขนาดบรรจุ ๕๐ คู่ ต่อ กล่อง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.๕๓๘ - ๒๕๕๘