

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 เป็นเงิน ๑๘๙,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ สืบราคาจากผู้ขายตามท้องตลาด จำนวน ๓ ราย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายสุทธิศักดิ์ งามวชิราพร ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายกิริติ ชุมตันติ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวนิศาชล ศรีทรัพย์ กรรมการ

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet Class II A2))

๑. เป็นตู้กรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดปราศจากเชื้อ (Class IIA)
๒. โครงสร้างตู้ภายนอกทำด้วยโลหะเคลือบสีผิวด้านนอกตู้และมีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐X๘๐๐X๒๐๐๐ มิลลิเมตร พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงปรับระดับได้
๓. พื้นที่ปฏิบัติงานภายในทำด้วยสแตนเลสสตีล รูปทรงแปดเหลี่ยมด้านหน้าของถาดรองสำหรับให้อากาศไหลเวียนภายในตู้
๔. ด้านหน้าตู้เป็นกระจกใส สามารถเปิดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร
๕. ขนาดของพื้นที่ปฏิบัติงาน (หน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ มิลลิเมตร)
๖. สามารถจ่ายลม Down flow, In flow หมุนเวียนในตู้ปลอดภัย โดยขณะทำงานเกิดเสียงไม่เกิน ๖๒ dBA
๗. ระบบความปลอดภัย
 - ๗.๑ มีระบบการเตือนด้วยเสียงเมื่อหน้าต่างด้านหน้าเกินระดับที่กำหนด
 - ๗.๒ มีระบบเตือนด้วยเสียงเมื่อความเร็วลมผิดปกติ (Airflow Alarm)
 - ๗.๓ มีระบบเตือนด้วยเสียง เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน filter
 - ๗.๔ มีระบบต่อแก๊สจากภายนอกเข้าในตู้ปลอดภัยและมีระบบความปลอดภัย
 - ๗.๕ มีระบบสำรองไฟก่อนเข้าเครื่องมือ
๘. ระบบกรองอากาศใช้ HEPA Filters ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด ๐.๓ ไมครอน ประกอบด้วย ๒ ส่วน
 - Down flow Filter: กรองอากาศให้สะอาดก่อนจ่ายเข้าพื้นที่ทำงาน
 - Exhaust Filter : กรองอากาศส่วนที่ไหลกลับ ก่อนปล่อยออกสู่ด้านนอกตู้
๙. หลอดไฟส่องสว่างภายในตู้มีความเข้มแสงเพียงพอต่อการทำงาน
๑๐. ได้รับมาตรฐาน CE และมีหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพของตู้ปลอดภัย
๑๑. มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุง
๑๒. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี
๑๓. ทำการสอบเทียบและผ่านการสอบเทียบให้ได้มาตรฐานก่อนส่งมอบเครื่อง