

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง,ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์,ผ้าอ้อมผู้ใหญ่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๙๑,๔๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๙๑,๔๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) – บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ ราคาซื้อครั้งล่าสุด ภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
- สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
 - สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
 - สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เลขที่๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | |
|----------------------------|---------------|
| (๑) นางบรรเจิด ลีวรรณภาโส | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวดารณี สิงห์สุนัย | กรรมการ |
| (๓) นางกิงฟ้า มูลสถาน | กรรมการ |

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการ
สืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้แล้วทิ้ง
สถาบันราชประชาสมาสัย

.....

๑. ความต้องการ

ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง	ขนาด S	จำนวน	๑,๕๐๐	กล่อง
ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง	ขนาด M	จำนวน	๕๐๐	กล่อง
ถุงมือตรวจโรคชนิดใช้แล้วทิ้ง	ขนาด XS	จำนวน	๕๐๐	กล่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ ถุงมือแต่ละข้างไม่ฉีกขาดง่าย ไม่มีรูรั่วซึมเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว
- ๓.๒ ต้องปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ, สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
- ๓.๓ สามารถใส่ได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา
- ๓.๔ ขนาดถุงมือที่ต้องการ S, M, XS
- ๓.๕ ถุงมือแต่ละชิ้น ต้องคลุกด้วยแป้ง ชนิดไม่เป็นอันตรายต่อการดูดซึมของเนื้อเยื่อและมีปริมาณพอเพื่อให้ผิวด้านในลื่นสะดวกในการสวมใส่ โดยไม่เหลือตกค้างในถุงมือ
- ๓.๖ ความยาวของถุงมือสามารถสวมลงถึงง่ามนิ้วได้พอดี
- ๓.๗ ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. หรือมาตรฐาน ออย. โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่น
ของ
มิดชิด
- ๓.๘ บรรจุในกล่องกระดาษทึบแสง ทนต่อการขนส่งและการเก็บรักษาในภาวะปกติ และปิดผนึก
- ๓.๙ กล่องที่บรรจุแต่ละกล่องอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดให้เห็นชัดเจน ดังนี้
 - คำว่า “ถุงมือสำหรับการตรวจโรค”
 - ขนาดแสดงเป็นตัวอักษร S, M, XS
 - จำนวนบรรจุ
 - เดือน ปี ที่ผลิตและรหัสรุ่นที่ผลิต
 - ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 - เครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) หรือมาตรฐาน ออย.
 - ส่งมอบขนาด และจำนวนตามความต้องการของโรงพยาบาล ในแต่ละงวด

๓.๑๐ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ต้องผ่านการประเมินผลการใช้งานจากสถาบันราชประชาสมาสัย
- ๔.๒ อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
- ๔.๓ ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ สถาบันราชประชาสมาสัย

.....

๑. ความต้องการ

ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๖	จำนวน ๑๐๐๐ คู่
ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๖.๕	จำนวน ๓,๐๐๐ คู่
ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๗	จำนวน ๒,๐๐๐ คู่
ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๗.๕	จำนวน ๓,๐๐๐ คู่
ถุงมือผ่าตัดสเตอไรด์ เบอร์ ๘	จำนวน ๑๐๐๐ คู่

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นถุงมือยางออกแบบใช้สำหรับงานผ่าตัด ทำจากยางธรรมชาติ มีความยาววัดจากปลายนิ้วกลาง ถึง ขอบถุงมือ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ มม. รูปแบบสามารถเข้าได้กับมือทั้งชายและขวา
๒. ถุงมือแต่ละข้างมีเครื่องหมายระบุว่าเป็นข้างซ้าย (L) หรือ ข้างขวา (R) และเป็นขนาดมาตรฐาน
๓. ถุงมือทุกคู่มิคุณลักษณะสวมใส่กับมือได้โดยกระชับไม่เลื่อนหลุด
๔. ถุงมือมีสัญลักษณ์บอกขนาด
๕. ถุงมือบรรจุในซองเดี่ยว ของละ ๑ คู่ ผ่านการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อโดย Ethylene oxide
๖. เนื้อยางมีความยืดหยุ่นได้ดี ไม่กระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน
๗. ซองที่บรรจุอยู่ในสภาพดี ทุกกล่องบรรจุอยู่ในสภาพที่มิดชิด
๘. ถุงมือทุกข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น ฟองอากาศ สิ่งแปลกปลอมในเนื้อยาง
๙. แบ่งที่ใช้คลุกถุงมือ เพื่อช่วยในการสวมใส่ เป็นแบ่งคลุกถุงมือที่ใช้ในวงการแพทย์ตามมาตรฐาน U.S.P
๑๐. สามารถทนความร้อนได้สูง (นึ่งฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยไอน้ำ) สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง
๑๑. มีผิวเรียบปราศจากรอยตำหนิต่าง ๆ ผิวด้านนอกออกแบบให้มีความสากเพื่อใช้หยิบจับอวัยวะ หรือ เครื่องมือผ่าตัดที่เปียกได้ โดยไม่ลื่นหลุดในขณะมีความเปียก
๑๒. ขนาดบรรจุ ๕๐ คู่ ต่อ กล่อง

คุณสมบัติ

๑. มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.๕๓๘ - ๒๕๔๘
๒. ได้รับมาตรฐาน ISO

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ผ้าอ้อมผู้ป่วย

สถาบันราชประชาสมาสัย

.....

๑. ความต้องการ

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ๑. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด M | จำนวน ๔๕๐ ห่อ |
| ๒. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด L | จำนวน ๒๐๐ ห่อ |

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผิวนุ่ม เรียบ ไม่ระคายเคืองผิว
๒. ความเหนียวของแถบกาวย สามารถดึงและแปะใหม่ได้หลายครั้ง
๓. มีขอบขาตั้งยางยืดชั้นในป้องกันการรั่วซึมเวลานอนตะแคง
๔. มีโพลิเมอร์ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
๕. มีสัญลักษณ์บอกค่าความเปียกชื้น โดยไม่ต้องผ่านการสัมผัส
๖. มีเจลสำหรับอุ้มน้ำ และไม่ไหลย้อนกลับ